FISCALtech
TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
REGISTRO DE MEDIÇÃO Nº 257/2026

Instrumento:	**Marca:**	**Modelo:**
MEDIDOR DE VELOCIDADE	FISCAL TECNOLOGIA	FSC110

Dados Complementares:
Endereço da instalação: R. DA AGUIA IMPERIAL CRUZ. R. PERDIZES, LONDRINA/PR

Faixas/Sentidos:

Faixa 01 - Sentido NORTE / SUL
Faixa 02 - Sentido NORTE / SUL

Velocidade Fiscalizada: 50 km/h

Número de Série:
FSC110-0952

Selagem principal:
EHP7414067, EHP7414389, EHP7414043, EHP7414055

Data do ensaio:
18/09/2026

Validade do ensaio:
17/09/2027

Proprietário:
Nome/Razão Social: FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 00.113.691/0001-30
Endereço: R. ENGENHEIRO JULIO CESAR DE SOUZA ARAUJO, 266
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Município: CURITIBA **CEP:** 81290-270 **UF:** PR

Portaria de aprovação modelo:
114/2018

Técnico Responsável:

A empresa FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA autorizada pela Dimel sob o n.º EA055 declara que o instrumento de medição constante no relatório de ensaio anexo está em conformidade com os requisitos estabelecidos no RTM 158/2022.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE EDUARDO DE FARIA
Data: 25/09/2026 16:09:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observações:
Portaria INMETRO/DIMEL n° 130 de 24 de abril de 2020 que autoriza a empresa Fiscal Tecnologia e Automação LTDA, a declarar conformidade de medidores de velocidade de veículos automotores como alternativa à verificação inicial.

FELIPE FARIA
Gerente de Suporte e Monitoramento

FISCALtech TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA	**RELATÓRIO DE ENSAIO**	
N.° do registro de medição: 257/2026		
Tipo de serviço metrológico: ENSAIO PARA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE		
Local de execução do serviço metrológico		
Endereço: R. DA AGUIA IMPERIAL CRUZ. R. PERDIZES, LONDRINA/PR		
Velocidade Fiscalizada: **50 km/h**		
Identificação do modelo		
N.° portaria de aprovação: 114/2018	N.º aditivos da portaria de aprovação: 122/2022 e 148/2024	
Marca: FISCAL TECNOLOGIA	Modelo: FSC110	**N.° série:** FSC110-0952
Técnico executor Fiscaltech		**Data: 18/09/2026**
THIAGO ROBERTO PIRES DE LIMA		**Validade:** 17/09/2027

Modelo conforme caderno de componentes	(X) Sim	( ) Não	( ) Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	(X) Sim	( ) Não	

ENSAIO DE CAMPO

Faixa 01		**Sentido: NORTE / SUL**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	55,8	55		0,8	5,0		0
2	63,5	61		2,5	5,0		0
3	58,4	56		2,4	5,0		0
4	60,7	59		1,7	5,0		0
5	61,6	60		1,6	5,0		0
6	60	61		-1,0	5,0		0
7	60,6	59		1,6	5,0		0
8	61,8	60		1,8	5,0		0
9	59,9	57		2,9	5,0		0
10	58	55		3,0	5,0		0
Faixa 02		**Sentido: NORTE / SUL**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	60,9	62		-1,1	5,0		0
2	62,4	60		2,4	5,0		0
3	61,7	59		2,7	5,0		0
4	63,4	63		0,4	5,0		0
5	60,9	58		2,9	5,0		0
6	60,5	63		-2,5	5,0		0
7	64,5	63		1,5	5,0		0
8	62,4	63		-0,6	5,0		0
9	64,2	66		-1,8	5,0		0
10	63,3	62		1,3	5,0		0

(X) Aprovado		**( ) Reprovado**	
Observações:			
Padrão de Medição - Cronotacômetro:	CRC-046	Certificado de Calibração N°:	J737137/2025
Padrão de Medição - Trena:	TRC-116	Certificado de Calibração N°:	J003335/2026

MARCAS DE SELAGEM	
Nº Lacre Primário (Metcore)	EHP7414067
Nº Lacre Primário (Sensor/Posicionamento)	EHP7414389
Nº Lacre Primário (Câmera)	EHP7414043, EHP7414055
Nº Lacre Secundário (Nobreak)	N/A
Nº Lacre Secundário (Kit Informática)	I8075060-2
Selo Não Metrológico – Registro de Objeto 004505/2018	N/A