FISCALtech
TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
REGISTRO DE MEDIÇÃO Nº 268/2026

Instrumento:	**Marca:**	**Modelo:**
MEDIDOR DE VELOCIDADE	FISCAL TECNOLOGIA	FSC110

Dados Complementares:
Endereço da instalação: AV. SOITI TARUMA N. 1096 ENTRE R. ELIAS GONÇALVES E R. MANOEL PEDRO MACEDO, LONDRINA/PR
Faixas/Sentidos:

Faixa 01 - Sentido LESTE/OESTE
Faixa 02 - Sentido LESTE/OESTE

Velocidade Fiscalizada: 40 km/h

Número de Série:
FSC110-0989

Selagem principal:
EHP7406903, EHP7406794, EHP7406848, EHP7406885

Data do ensaio:
27/09/2026

Validade do ensaio:
26/09/2027

Proprietário:
Nome/Razão Social: FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 00.113.691/0001-30
Endereço: R. ENGENHEIRO JULIO CESAR DE SOUZA ARAUJO, 266
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Município: CURITIBA **CEP:** 81290-270 **UF:** PR

Portaria de aprovação modelo:
114/2018

Técnico Responsável:

A empresa FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA autorizada pela Dimel sob o n.º EA055 declara que o instrumento de medição constante no relatório de ensaio anexo está em conformidade com os requisitos estabelecidos no RTM 158/2022.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE EDUARDO DE FARIA
Data: 05/10/2026 08:52:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Observações:
Portaria INMETRO/DIMEL n° 130 de 24 de abril de 2020 que autoriza a empresa Fiscal Tecnologia e Automação LTDA, a declarar conformidade de medidores de velocidade de veículos automotores como alternativa à verificação inicial.

FELIPE FARIA
Gerente de Suporte e Monitoramento

FISCALtech TECNOLOGIA A FAVOR DA VIDA	**RELATÓRIO DE ENSAIO**	
N.° do registro de medição: 268/2026		
Tipo de serviço metrológico: ENSAIO PARA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE		
Local de execução do serviço metrológico		
Endereço: AV. SOITI TARUMA N. 1096 ENTRE R. ELIAS GONÇALVES E R. MANOEL PEDRO MACEDO, LONDRINA/PR		
Velocidade Fiscalizada: **40 km/h**		
Identificação do modelo		
N.° portaria de aprovação: 114/2018	N.º aditivos da portaria de aprovação: 122/2022 e 148/2024	
Marca: FISCAL TECNOLOGIA	Modelo: FSC110	**N.° série:** FSC110-0989
Técnico executor Fiscaltech		**Data: 27/09/2026**
THIAGO ROBERTO PIRES DE LIMA		**Validade:** 26/09/2027

Modelo conforme caderno de componentes	(X) Sim	( ) Não	( ) Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos		(X) Sim	( ) Não

ENSAIO DE CAMPO

Faixa 01		**Sentido: LESTE/OESTE**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	53,1	56		-2,9	5,0		0
2	52,9	55		-2,1	5,0		0
3	55,3	58		-2,7	5,0		0
4	52,7	55		-2,3	5,0		0
5	59,2	62		-2,8	5,0		0
6	51,4	54		-2,6	5,0		0
7	56,1	58		-1,9	5,0		0
8	57,2	61		-3,8	5,0		0
9	58,8	62		-3,2	5,0		0
10	55,1	58		-2,9	5,0		0
Faixa 02		**Sentido: LESTE/OESTE**					
Medições	**Velocidade do Padrão (P)**	**Velocidade Registrada (R)**	**Velocidade Indicada (I)**	**E1 = P-R**	**E1 máximo admissível**	**E2 = R-I**	**E2 máximo admissível**
1	55,6	59		-3,4	5,0		0
2	55,9	59		-3,1	5,0		0
3	57,4	61		-3,6	5,0		0
4	59,4	59		0,4	5,0		0
5	55,5	59		-3,5	5,0		0
6	59,4	63		-3,6	5,0		0
7	55,9	60		-4,1	5,0		0
8	61	65		-4,0	5,0		0
9	55,9	59		-3,1	5,0		0
10	56,2	59		-2,8	5,0		0

(X) Aprovado		**( ) Reprovado**	
Observações:			
Padrão de Medição - Cronotacômetro:	CRC-046	Certificado de Calibração N°:	J737137/2025
Padrão de Medição - Trena:	TRC-116	Certificado de Calibração N°:	J003335/2026

MARCAS DE SELAGEM	
Nº Lacre Primário (Metcore)	EHP7406903
Nº Lacre Primário (Sensor/Posicionamento)	EHP7406794
Nº Lacre Primário (Câmera)	EHP7406848, EHP7406885
Nº Lacre Secundário (Nobreak)	N/A
Nº Lacre Secundário (Kit Informática)	I8075055-2
Selo Não Metrológico – Registro de Objeto 004505/2018	N/A